

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目		要求	提供单位	备注
供电	电源	电压单相 AC 220V, 频率 50/60HZ, 总功率 4.7KW	客户提供	
	接线方式	连接空气开关, 需要两个不小于 16A 的空气开关 	客户提供	
	接地	电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
 气源	请准备一瓶 40 升的工作气体, 气瓶口请安装相应的减压阀	客户提供		
 真空系统	准备真空系统(含抽气软管或波纹管、KF25 卡箍、手动挡板阀)	客户选配		

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com （如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：OTF-1200X-IV-SL-ZM 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	1200℃多功能三温区滑轨/电动区熔炉	OTF-1200X-IV-SL-ZM	台	1	
2	连熔炉管	外径φ100*内径φ90*2360mm	根	1	
3	国标电源线	RVV-3*1.5-3米（黑色）	根	1	
4	四氟管	φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	米	3	
5	管堵	SY-100（90*50mm）泡沫陶瓷	个	8	
6	盲板	KF-25、KF-16	个	2	各1个
7	卡箍（不锈钢）	KF-16mm、KF-25mm	个	4	各2个
8	硅胶O型圈	内径φ98*5mm	个	8	
9	耐高温手套	大号	副	1	
10	炉钩	1500mm	根	1	
11	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4"（直螺纹 MT1 用）	个	2	
12	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5、M6	个	5	各1个
13	呆扳手	10-12、14-17、17-19	个	4	1、2、1
14	低真空法兰总成	φ100 KF25/KF16	套	1	
15	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M6×10、M6×20、M6×30	个	36	各12个
16	不锈半钢圆头内六角螺丝	M6×20	个	10	
17	不锈钢弹垫	M6	个	20	
18	不锈钢平垫	M6	个	20	
19	说明书		本	1	电子档
21	保修证书		本	1	
21	产品安全免责声明		份	1	
检验人			审核人		